

十全血氧飽和監測器
UP-505(白)~506(黑)
建議售價：2500



Technical Specification

血氧飽和度	測量範圍：70%~100%
測量精度	80%~100%範圍內±2% 70%~80%範圍內±3% ≤70%精度無定義
分辨率	血氧飽和±1%
脈率	測量範圍：25BPM~250BPM
測量精度	±1BPM或測量值的±1%(取較大值)
電池型號	2節AAA 1.5V鹼性電池
貯存溫度	-10°C~40°C
環境濕度	10%~80%

合法優良醫器商，有實體店面，購買安心有保障！

一、品名：

血氧飽和監測器(手指式)

二、許可證字號或登錄字號：

醫療器材許可證所載核准字號：衛部醫器製字第 005953 號
北市衛器廣字第 10212190 號

三、效能、用途或適應症：

測量血氧和脈率

四、保固期：

1 年保固

五、型號、規格：

UP-505(白) UP-506(黑)

六、使用限制：

環境濕度需介於 10%~80%，貯存溫度-10 度至+40 度，消費者使用前應詳閱醫療器材說明書。

七、商品注意事項：

本產品鑑賞期非試用期，若非商品本身瑕疵，一經拆封如造成污損需酌收整新費用。

購買前請注意，商品經落地後已非全新商品，若產生退貨情事，購買人需負擔整新服務費用、以及相關運輸費用。(瑕疵品不在此限) 保固期內若有失準現象，請來電諮詢或寄送製造商檢測或維修。

八、製造業者名稱及地址：

醫療器材許可證所載藥商名稱：十全有限公司

製造廠名稱：十全有限公司

製造廠地址：台北市萬華區長順街 89 巷 8 號

九、【販賣業醫療器材商許可執照】

許可執照字號：花縣醫器商 字第 MD6245004779 號

醫器商名稱：真光醫療器材行

醫器商地址：花蓮縣吉安鄉中央路二段 167、169 號 1 樓

醫器商諮詢專線：(03)851-0909

可貨到付款，額外加收 150 元(商品價格+貨到付款)